LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ FOGÁSZATI ESZKÖZÖK

Fogászati kezelőegység

- Orvosi konzol a következőkkel eszközökkel felszerelve,
  - Vezérlő panel
  - **1** db **Midwest** „fényes" turbinatömlő
  - **1** db „fényes" szénkefementes mikromotor
  - **1** db „fényes", ultrahangos depurátor
  - **1** db „meleg" puszter
  - orvosi tálca
- Asszisztens konzol min.4 hellyel és vizesblokk
  - **1** db nyálszívó tömlő - vékony Ø 11 mm-es
  - **1** db exhaustor tömlő - vastag Ø 17 mm-es
  - **1** db asztali vagy konzolra szerelt fotopolimerizációs lámpa
  - vízhálózattól független spray
  - **Beépített** amalgám szeparátor
  - LED kezelőlámpa (min.40.000 lux)
  - Standard lábkapcsoló
  - Betegszék dupla artikulációs fejtámlával, standard kárpittal, bal oldali karfával
  - **1** db karfás gurulós szék

Kézidarab készlet

- 1 db „fényes", nyomógombos turbina
- 1 db LED kuplung
- 1 db „fényes", nyomógombos 1:5-ös gyorsító könyök
- 1 db „fényes", nyomógombos 1:1-es normál könyök
- 1 db „nem fényes", 1:1-es egyenes

Elszívó motor „száraz" elszíváshoz

- Elszívási teljesítmény: min.1.150 l/perc liter

Olajmentes kompresszor szárítóval

- Levegőszállítás 5 bar nyomáson: **min.** 60 l/perc

Intraorális faliröntgen

- Választható karhossz: 40 – 60 - 90 cm

Intraorális röntgen digitalizáló

„B"-típusú autokláv

- Min. 17 liter tartály térfogat
- 5 rozsdamentes acél tálca,
- Min.3 felhasználói program

Kéziműszer készlet

Fogorvosi alapműszerkészlet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásának megfelelően

Viaszmelegítő

Kofferdam készlet

Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer

Műszerkocsi