

Orvosi laboratóriumi diagnosztika
0. szint

A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek		Kötelezően végzendő szakterületi kompetenciák	
		MV: Mintavétel	KL: „Kislabor”
I. Személyi feltételek	Laboratóriumvezető	nem szükséges	
	Szakmai felügyeletet ellátó személy	A levett mintákat feldolgozó laboratórium 1 fő orvosi diagnosztikai analitikusa vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás dolgozója*	
	Orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosa		
	Klinikai laboratóriumi diagnosztikai		
	szakgyógyszerész Klinikai biokémikus		
	Orvos/egyéb szakorvos/egyéb diplomás	EK	
	Orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitikus/főiskolai diplomás		
	Laboratóriumi asszisztens, asszisztens, technológus	nem szükséges	
	Vérvételre képzett egészségügyi személyzet	napi 50 mintavételenként 1 fő, de min. 2 fő*	nem szükséges 25 ezer beavatkozás/évig min. 1 fő* E felett munkaterhelés arányos minimális teljes szakdolgozói létszám: +1 fő/25 ezer beavatkozás* nem szükséges
	Adminisztrátor	napi 100 mintavételenként 1 fő*	
II. Tárgyi feltételek	Informatikus	EK	
	Képzett minőségügyi felelős	EK	
	Betegellátó funkciók	Elkülönítetten: Vérvételi hely Betegfelvételi iroda	
	II./1. Laboratóriumi elhelyezés, bútorzat	Betegváró (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Beteg WC nemek szerint és akadálymentesített (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Vérvételi szék: 50 mintavétel/naponként egy + dönthető vérvételi szék/ágy	
	Analitikai terület	—	A betegfogadó résztől lehetőleg elkülönített helyiségben
	Személyzeti helyiségek	Elkülönítetten: Személyzeti WC Személyzeti öltöző Személyzeti tároló	
	Tárolási funkciók	Raktár (egyéb szakrendelésekkel közös lehet) Veszélyes hulladék tároló (egyéb szakrendelésekkel közös lehet)	

III. Szakmai környezet	II./2. Gép- műszerpark	Centrifuga (db)	1		
		Hűtőkapacitás a minták és reagensek tárolására +4 °C és -18 °C	X		X
	II./3. Informatika	Betegadatok rögzítésére, vizsgálatkérésre és eredményközlésre alkalmas informatikai rendszer	X		X
	III./1. Minőségügyi feltételek	A laboratórium által végzett és hazai vagy nemzetközi Külső Minőségellenőrzési Rendszerben elérhető valamennyi beavatkozás esetében, min. évente 4x, ahol ez a minőségügyi szolgáltató szolgáltatási sajátosságai miatt nem elérhető, min. évente 2x, részvétel és megfelelés	—		X
		Minőségirányítási kézikönyv	X		X
	III./2. Egyéb	Minták szakszerű tárolásának, továbbításának biztosítása Zárt vérvételi rendszer		X X	

* Részmunkaidőben ellátható.